記号	変更内容	担当	日付
A	Δ×1　外観変更	山田	2023/09/11
△			
△			

レイアウト図



【設置レイアウト上の注意事項】
※寸法は推奨値400㎜以上とする。

設置工事図



記事

1.配管記号は、下記の通り。
　給水送り配管：——−−——
　給湯送り配管：——I——
　送り配線配管：——//——
2.埋設配管工事については、建設工事に一任とする。

設置工事要領

<給湯・給水送り配管>
給湯・給水送り配管：サイズ…20A、止水バルブ止め。
床からの立ち上げ代…100mm
給湯・給水圧…150～300kPa
給湯・給水流量…各30L/min以上
給湯温度…60～70℃（末端温度）

<PF管>
PF管：床面より3000mm立ち上げ通線し、
電線は3芯で電線は管端より1000mm以上出す。
PF管の端末は防水処置を施すこと。
電線は、15A以上の電流が流せること。

<電源>
電源：AC100V　50/60Hz，15A
配電盤には単独の漏電ブレーカーを設けること。
（感度電流…30mA）
アース線はD種の規定に準ずること。

<床勾配>
床勾配：□で示した範囲は、床勾配1/100以下とし、
同一勾配とする。（☆部寸法）

<排水>
排水：ピット排水（溝の深さは200mm以上）、
溝内に排水口を設けること。
排水能力：トラップ等の防臭対策を実施し、
排水能力100L/min以上確保のこと。

<ボイラー能力>
90,000kcal/h以上のこと。
（電気給湯器使用時は入浴回数によって異なる為、別途問合せ必要）

	型式	品名	数量	質量	定格電源入力（50/60Hz）
①	HK−3800	浴槽	1	約95kg	420 VA
②	RA−8100	搬送車	1	約47kg	−

給湯・給水配管（例）
（配管接続要領）



止水バルブは浴室または浴室近辺
（施設職員にて操作できる位置）
に設けること。

排水ピット・排水口



排水能力が不足する場合は
複数個設けること

尺度	1:30	図法		材質	
検図	設計	製図		規格	HK−3800
津島	杉	山田		表面・後処理	
				仕上記号	

	工事図	
品番	品名	
設計日	2023/07/05	オージー技研株式会社
型式	HK−3800	図番 ZU4−00000216 A