図番 ZU4−00000201

記号	変更内容	担当	日付
△			
△			
△			

レイアウト図



【設置レイアウト上の注意事項】

1. ※1寸法は清掃時にタンクカバーを浴槽後部に引っ掛ける場合
   推奨値600㎜以上とする。
   ただし、設置条件の問題から、最小は200㎜とする。
   （この場合、機器後部からのタンク清掃が出来ない為、
   ユーザーの了解が必要である）
2. ※2寸法は推奨値300㎜以上とする。
3. ※3寸法は推奨値400㎜以上とする。
   （300㎜より狭くなると、ユーザーによるろ過フィルターの
   洗浄操作や薬液ボトルの交換操作が出来なくなる。
   現場での横カバーの固定も出来なくなる。）
4. ※4寸法は推奨値2000㎜以上とする。

標準装備

	型式	品名	数量	定格電源入力 (kVA)
1	HK−8250R	浴槽	1	1.7/2.3 (50/60Hz)
2	RA−8250	搬送車	1	

記事

1. 給水送り配管 ——— — ———
2. 給湯送り配管 ——— | ———
3. 送り配線配管 — ### —

設置工事図





止水バルブは浴室または浴室近辺（施設職員にて操作できる位置）に設けること。



設備条件

1. 給湯・給水送り配管：
   サイズ…20A、ソケット又はエルボ止めとする。
   止水バルブを浴室又は浴室近辺に設けること。
   給湯・給水圧…150〜300kPa
   給水・給湯圧が300kPaを超えるときは止水バルブに減圧弁
   を入れ、200kPa程度に減圧すること。
   給湯・給水流量…30L／min以上
   給湯温度…55〜80℃
2. ボイラー能力：
   100000kcal／h以上のこと。
   （電気給湯器使用時は入浴回数によって異なる為、別途問合せ必要）
3. 電源：三相200V 50／60Hz 20A アース付き
   Sスイッチボックス 三相200V。
   配電盤には単独の漏電ブレーカを設けること。（定格電流20A、感度電流30mA）
   電線は600Vビニール絶縁電線（IV）を使用し、電線管はPF管を使用する。
   PF管はFLより300mm立上げ通線し、電線は管端より1000mm以上出す。
   PF管の端末は防水処理を施すこと。
   アース線はD種の規定に準ずること。
4. 排水：ビット排水（溝の深さは150mm以上）
   排水能力：トラップ等の防臭対策を実施し、排水能力300L/minを確保すること。
5. 床面の勾配は、矢印の方向へ均一な1／100以下の勾配とする。

尺度	1:50	図法	材質		工事図
検図	設計	製図	規格	HK−8250R	品番 品名
津島	井本	井本	表面・後処理		設計日 2021/12/20
			仕上記号		型式 HK−8250R

オージー技研株式会社

図番 ZU4−00000201△