

消耗品をより安全にお使いいただくために


弊社機器をより安全にご使用いただくため、機器の導子・導子コード・スポンジ等の消耗品の交換についてお知らせいたします。

使用条件・環境、使用頻度などにより劣化が早く進む場合がありますので、必ずご使用前には安全に使えるかどうか確認するとともに、異常・劣化が確認された場合は、交換をお願いいたします。


〔消耗品の一例〕



吸引導子



吸引導子用コード



スポンジ



ゲルパッド



安全ベルト

変色や変形などの劣化が確認された場合は交換をお願いします。消耗品の交換については、最寄りの拠点へお問い合わせ願います。

お客様にはお手数をお掛けいたしますが、機器を継続して安全にご使用いただくため、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。